

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi.
- Địa chỉ: 222 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds Nguyễn Thị Hào, điện thoại 0986.641.640;
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế;
- Địa chỉ email: khoaduoccitytpqn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi, 222 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h ngày 19 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:

Khoa Dược, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: 222 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: không.

Dự kiến điều khoản thanh toán hợp đồng: Bằng chuyển khoản, sau khi hai bên nghiệm thu, bên bán cung cấp các chứng từ hợp lý, hợp lệ cho bên mua theo từng đơn hàng cung cấp. Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 120 ngày kể từ khi bên bán xuất trình đầy đủ các chứng từ, hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ cho bên mua.

5. Các thông tin khác (nếu có): Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào giá thiết bị y tế theo Mẫu báo giá kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Trung tâm;
- Công mua sắm công;
- GD và các PGD;
- Lưu: VT, Khoa Dược.



Ghi chú:

(1) Trường hợp đăng tài trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để đăng tải Yêu cầu báo giá.

Việc điền các thông tin trong Yêu cầu báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Yêu cầu báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chủ đầu tư phải đính kèm theo file "Bảng mô tả", trong đó phải nêu đầy đủ các thông tin để nhà thầu làm cơ sở báo giá như mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai được tính năng gửi và nhận yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư (không gửi báo giá theo các cách thức nêu tại khoản 3 Mục I của mẫu này); sau thời hạn tiếp nhận báo giá, hãng sản xuất, nhà cung cấp không thể gửi được báo giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nội dung tại khoản 3 Mục I của Mẫu này được chỉnh sửa như sau:

"3. Cách thức tiếp nhận báo giá: hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Các báo giá gửi theo đường bưu điện, Fax, email hoặc các cách thức khác sẽ không được xem xét".

Kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để lấy thông tin báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế (vật tư y tế tiêu hao, hóa chất) như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾			Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá có VAT ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
		Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Ký, nhãn hiệu, model						
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày báo giá [ghi ngày tháng năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngàythángnăm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

GIÁM ĐỐC

(hoặc ghi rõ chức danh người Đại diện)

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu ghi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển đến tại kho của khoa được,

Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên liên danh cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XIN BÁO GIÁ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 23/TB-TTYTTP ngày 09 tháng 05 năm 2025 của Trung tâm y tế thành phố Quảng Ngãi)

STT	Tên thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện tim 6 cần	1.Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$ 2.Yêu cầu về cấu hình: Máy điện tim 6 cần: 01 -Bộ phụ kiện bao gồm: + Bộ cáp đo bệnh nhân: 01 + Bộ điện cực chi: 01 + Bộ điện cực ngực: 01 + Máy in nhiệt tích hợp + Giấy in nhiệt: 01 Bộ + Bộ dây nguồn: 01 + Pin: 01 + Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc + Phần mềm kết nối lưu trữ quản lý trên máy tính + Phần mềm DICOM chuyển dữ liệu qua hệ thống bệnh viện - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 3.Yêu cầu về kỹ thuật: - Có thể xuất dữ liệu qua mạng LAN có dây hoặc mô-đun mạng LAN không dây tích hợp sẵn. - Có thể sử dụng bộ nhớ USB ngoài hoặc thẻ nhớ ngoài SD. -Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF giúp tích hợp dữ liệu tốt hơn với các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau. - Có chức năng cảnh báo và hướng dẫn giúp người vận hành kiểm tra nguyên nhân lỗi. Có thể phát hiện sự cố không tiếp xúc điện cực và đặt sai vị trí các điện cực ở ngực và điện cực chi, từ đó đưa ra thông báo cảnh báo.	Cái	1

STT	Tên thiết bị y tế	Thông số kĩ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
		Đầu vào điện tim: - Trở kháng đầu vào: $\geq 50M\Omega$ tại 0.67Hz - Điện áp chống phân cực: $\pm 550mV$ - Chức năng bảo vệ đầu vào: chức năng tránh sốc điện - Tỷ lệ loại bỏ thông thường: $>105dB$ - Dòng điện đầu vào: $< 0.05\mu A$ - Độ nhạy tiêu chuẩn: $10mm/mV \pm \leq 2\%$ - Nhiễu trong: $\leq 20\mu Vp-v$ - Giao thoa giữa các kênh: $< -40dB$ - Tỷ lệ lấy mẫu: ≥ 16.000 mẫu/giây/kênh - Đếm nhịp tim: - Phạm vi hiển thị và đếm nhịp tim: $30 \rightarrow 300$ nhịp/phút - Độ chính xác: $\pm \leq 10\%$ (30 – 240 nhịp/phút) Xử lý dữ liệu dạng sóng: - Số đạo trình: ≥ 12 đạo trình - Số kênh đầu vào: ≥ 1 kênh - Lọc AC: 50/60Hz - Hằng số thời gian: $\geq 3.2s$ - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Phát hiện tạo nhịp: có sẵn - Chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit Hiển thị: - Kích thước: ≥ 8.0 inch - Loại: TFT LCD màu - Độ phân giải: $\geq 800 \times 480$ điểm - Dữ liệu hiển thị: dạng sóng ≥ 12 đạo trình điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt in, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu QRS, cảnh báo lỗi, tuột điện cực, nhiễu Máy in: - Kiểu máy in nhiệt - Tốc độ in: Lựa chọn 5 mức, tối đa ≥ 50 mm/s - Dữ liệu in: dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, cài đặt bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin thăm khám và các đánh dấu Đầu vào/ đầu ra bên ngoài - Đầu vào bên ngoài: 2 kênh, $10mm/0.5V$, trở kháng đầu vào $\geq 100k\Omega$		

STT	Tên thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
		Đầu ra tín hiệu: 1 kênh, 0.5V/mV $\pm$ 5%, trở kháng đầu ra $\leq 100\Omega$ Phân tích ECG: - Tên chương trình: ECAPS 12C hoặc tương đương - Tuổi bệnh nhân phân tích: sơ sinh, trẻ em, người lớn - Mục tìm kiếm: khoảng 200 - Mục đánh giá: ≥ 5 Quản lý dữ liệu: - Tập đầu ra: DICOM, PDF (với thẻ SD, bộ nhớ USB) - Máy in bên ngoài: có sẵn Giao diện: - USB loại A: 5 - Cổng thẻ SD: 1 - Cổng LAN: 1 - Giao tiếp - Mạng LAN không dây: tương thích tiêu chuẩn IEEE 802.11a/b/g/n/a 4.Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi - Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến xử lý sự cố khi có yêu cầu của chủ đầu tư.		
Tổng cộng: 1 mặt hàng				

Handwritten signature